

Baždarna krivulja ovisnosti apsorbancije na 595 nm o koncentraciji BSA

Uzorak	Koncentracija BSA mg/mL	Korigirana apsorbancija
M1_1	0,00515	0,09
M1_1	0,00515	0,085
M2_1	0,00517	0,091
M2_1	0,00517	0,106
M1_2	0,0103	0,176
M1_2	0,0103	0,181
M2_2	0,01034	0,181
M2_2	0,01034	0,187
M1_3	0,0515	0,678
M1_3	0,0515	0,691
M2_3	0,0517	0,695
M2_3	0,0517	0,675
M1_4	0,07725	0,886
M1_4	0,07725	0,914
M2_4	0,07755	0,876
M2_4	0,07755	0,814
M1_5	0,103	1,232
M1_5	0,103	1,388
M2_5	0,1034	1,326
M2_5	0,1034	1,35
M1_6	0,515	6,69
M1_6	0,515	6,72
M2_6	0,517	7,47
M2_6	0,517	7,39

