

Koncentracija BSA mg/mL	M1	0,515
	M2	0,517

Uzorak	Faktor razređenja	Koncentracija mg/mL	Apsorbancija
M1_1	100	0,00515	0,09
M1_1	100	0,00515	0,085
M2_1	100	0,00517	0,091
M2_1	100	0,00517	0,106
M1_2	50	0,0103	0,176
M1_2	50	0,0103	0,181
M2_2	50	0,01034	0,181
M2_2	50	0,01034	0,187
M1_3	10	0,0515	0,678
M1_3	10	0,0515	0,691
M2_3	10	0,0517	0,695
M2_3	10	0,0517	0,675
M1_4	6,67	0,07725	0,886
M1_4	6,67	0,07725	0,914
M2_4	6,67	0,07755	0,876
M2_4	6,67	0,07755	0,814
M1_5	5	0,103	0,616
M1_5	5	0,103	0,694
M2_5	5	0,1034	0,663
M2_5	5	0,1034	0,675
M1_6	1	0,515	0,669
M1_6	1	0,515	0,672
M2_6	1	0,517	0,747
M2_6	1	0,517	0,739

razrijeđeno prilikom mjerena 2x

razrijeđeno prilikom mjernja 10x